



Konzentrat auf QUAT- und Aminbasis zur Erstellung einer Gebrauchslösung für die manuelle Tauchbadesinfektion von invasiven Medizinprodukten wie zahnärztlichen Abformungen

Produktbeschreibung

KK Abformdesinfektion ist ein Konzentrat auf QUAT- und Aminbasis zur Erstellung einer Gebrauchslösung für die manuelle Tauchbadesinfektion von invasiven Medizinprodukten wie zahnärztlichen Abformungen. Das Produkt ist aldehyd- und phenolfrei.

Aus hygienischen Gesichtspunkten sollte eine Desinfektion der zahnärztlichen Abformungen in der Praxis vor der Versendung an Dentallabore erfolgen, um Keime- und Infektionen zu vermeiden. Diesen Desinfektionsvorgang sollten Dentallabore nach Erhalt der Abformungen, vor Arbeitsbeginn wiederholen.

Anwendungsbereich

Zur Desinfektion von zahnärztlichen Abformungen aus Silikonen, Polyether und Hydrokolloiden (Alginaten).

Anwenderhinweise

Anwendung nur durch Fachpersonal.

Nicht mit anderen Chemikalien mischen. Kontakt mit blutstillenden Medikamenten vermeiden.
Empfohlene Einwirkzeit genau einhalten.
Vor Erstanwendung des Produktes, nach Verwendung von anderen Produkten sowie am Ende eines Arbeitstages Instrumentenwanne und Anwendungshilfen gründlich reinigen.
Melden Sie schwerwiegende Vorkommnisse in Verbindung mit die-sem Produkt dem Hersteller und den zuständigen Behörden.
Das Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich unter www.kk-hygiene.de.

Anwendung

Vor jeder Desinfektion Schutzkleidung, Augenschutz, Mundschutz und Schutzhandschuhe anlegen!

Desinfektion im Tauchbadverfahren:

- 1) Erstellen einer 6% Gebrauchslösung: 940 ml Wasser (ca. 20°C, Trinkwasserqualität) vorlegen, 60 ml Konzentrat zugeben und mischen.
- 2) Abformungen inkl. Abdrucklöffel unmittelbar nach Entnahme in die Gebrauchslösung einlegen. Zur Vermeidung von Luftblasen Abdrucklöffel hin und her schwenken.
- 3) Nach Ablauf der Einwirkzeit Abformung inkl. Abdrucklöffel unter fließendem Wasser (ca. 20°C, Trinkwasserqualität) abspülen.

Beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen der Instrumentenhersteller sowie nationale Vorgaben zur Aufbereitung zahnärztlicher Abformungen und Abdrucklöffel.

Wirkpektrum und Informationen zur Materialverträglichkeit siehe Seite 2.

Standzeit und Haltbarkeit

Standzeit Gebrauchslösung: 1 Tag. Bei sichtbaren Verschmutzungen Gebrauchslösung vorzeitig wechseln.
Das Verfallsdatum des Produktes entnehmen Sie dem Etikett.
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Weitere Informationen zur Aufbereitung von Medizinprodukten fin-den Sie auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts (Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, KRINKO) unter „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten.“

Ausführliches Wirkspektrum

Wirksamkeit bei hoher Belastung (geprüft bei Raumtemperatur)	Prüfnorm	Konz.	Einwirkzeit
Bakterien			
P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae	EN 13727	6 %	15 min
	EN 14561		
Hefen			
C. albicans	EN 13624	6 %	15 min
	EN 14562		
Behüllte Viren			
MVA Modifiziertes Vacciniavirus Ankara	EN 14476	6 %	15 min

Materialverträglichkeit

Abformmaterialien Silikon, Polyether (Polysulfon), Hydrokolloide (Alginate)

Kunststoffe PE, PSU, PVC

Metalle Edelstahl

Gummi, flexible Kunststoffe Silikon

Sonstiges Keramik

Hinweis: Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Einhaltung der Einwirkzeit und Konzentration ist für die oben genannten Materialien keine Materialschädigung zu erwarten. Längeren Kontakt von über 48 Stunden mit Polycarbonat (Makrolon) vermeiden! Bei Polyacrylaten und Polycarbonaten vor Gebrauch Materialverträglichkeit testen. Bei Kupfer, Messing und Aluminium sind bei Überschreitung der Einwirkzeit Verfärbungen möglich. Bei Latex und EPDM sind bei Überschreitung der Einwirkzeit Elastizitätsverlust bzw. Farbveränderungen möglich. Bei nicht genannten Materialien Materialverträglichkeit testen.

Lagerhinweise

Lagerung zwischen 5 und 25°C. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Produkt stehend und an einem gut belüfteten Ort lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Produktzusammensetzung

Wirkstoffe in 100 g Konzentrat:
3,15 g Didecyloxyethylmethylammoniumpropionat
2,50 g N,N-Bis(3-aminopropyl)dodecylamin
2,00 g Cocospropylendiamindiguanidiniumacetat

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen des Konzentrates: klare, blaue Lösung

pH-Wert: 7,2 – 8,0
rel. Dichte: 0,990 – 0,999 g/cm³

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Für Informationen zur Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) siehe Sicherheitsdatenblatt und Etikett.



UN 1903

Kennzeichnung/Listung

Medizinprodukt Klasse II b / MD 0108  0123

Gutachten & ergänzende Informationen

KK Abformdesinfektion wurde von unabhängigen Laboren begutachtet. Für genauere Details zu Gutachten, weiteren Produktinformationen oder Antworten auf individuelle Fragen, können Sie uns per E-Mail über office@kk-store.de oder telefonisch unter + 49 5491 99 97 10 erreichen.

Die Firma PLIWA Hygiene GmbH hat eine Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 sowie ein GMP- und EN 13485 Zertifikat.

Liefereinheiten

Einzelpackung	Art.-Nr.
2 Liter Griffflasche	10226
5 Liter Kanister	102261

Hersteller: PLIWA Hygiene GmbH, Pliwastraße 2, 34323 Malsfeld

Vertreiber: KK Dental Produkte

Werner-von-Siemens-Straße 2, 49401 Damme, www.kk-dental.de